

医疗器械召回事件报告表

提交： 企业所在地省级食品药品监督管理部门 器械注册/备案部门

产品名称	腕式电子血压计	注册证或备案凭证编码	粤械注准 20162200483
生产企业名称	深圳市老郎中电子有限公司		
代理人名称			
召回单位负责人和联系方式，经办人和联系方式	负责人：黄金龙 电话：13603010807 经办人：温四军 电话：13686474286		
产品的适用范围	用于测量人体血压和脉搏		
涉及地区和国家	中国	召回级别	三级召回
涉及产品生产（或进口中国）批次、数量	生产批号：1812 销售数量：3 台 库存数量：27 台	涉及产品型号、规格	产品型号：L600F
识别信息（如批号）	1812	涉及产品在中国的销售数量	3 台
召回原因简述	产品性能要求的项目不符合 YY0670-2008 的要求。		
纠正行动简述（包括召回要求和处理方式等）	1、 我司已于 2020 年 10 月 23 日向我司已销售出去的客户发了召回通知， 2、 通知客户知悉，并配合我司要求召回不良的产品。 3、 处理方式：客户已全部退回不良产品，并已销毁。		

报告单位：深圳市老郎中电子有限公司

负责人：黄金龙

报告人： 温四军

报告日期：2020 年 10 月 23 号