

广东省医疗器械抽查检验信息（2024年第4期）

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不符合标准规定项目
1	血液透析浓缩液	广州市	广州百特医疗用品有限公司	广州百特医疗用品有限公司	A液：AC0231 10L；B液：BCF01 10L	A液：GH2401211；B液：GH2401201	国械注准 20163102317	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
2	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	预封装：96反应/盒	202312004	粤穗械备 20201539号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
3	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	预封装 A型：32反应/盒	202312001	粤穗械备 20170667号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
4	样本保存液	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	3mL/管，100管/盒	202309002	粤穗械备 20201254号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
5	碱性磷酸酶测定试剂盒（速率法）	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1：60ml×4；R2：15ml×4	231201009	粤械注准 20152400548	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
6	腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1：40ml×4，R2：20ml×4；校准品 2ml×1（选配）；质控品 2ml×1（选配）	231201049	粤械注准 20212400176	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
7	胆碱酯酶测定试剂盒（DGKC法）	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1：60ml×4；R2：15ml×4	231201033	粤械注准 20162400047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

8	总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法)	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1: 60ml×3、R2: 20ml×3	231201036	粤械注准 20162400051	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
9	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	160ml(4×40ml)	240101016	粤械注准 20152400536	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
10	γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(连续监测法)	广州市	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1: 4×40ml; R2: 4×8ml	240101008	粤械注准 20152400537	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
11	一次性使用套管穿刺器	广州市	广州迪克医疗器械有限公司	广州迪克医疗器械有限公司	C型: Φ5mm×100mm	124010261	粤械注准 20172020029	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
12	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州和实生物技术有限公司	广州和实生物技术有限公司	64 反应/盒	CZH00502	粤穗械备 20150092号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
13	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231201	粤械注准 20172400760	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
14	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	240102	粤械注准 20172400748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
15	腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	120ml/盒	240109	粤械注准 20172400243	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
16	直接胆红素(DBi1)测定试剂盒(重氮法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231215	粤械注准 20192400440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
17	总胆红素(TBi1)测定试剂盒(重氮法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	300ml/盒	231128	粤械注准 20192400459	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
18	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	60ml/盒	231222	粤械注准 20172400754	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

19	直接胆红素 (DBi1) 测定试剂盒 (钒酸盐氧化法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231206	粤械注准 20172400765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
20	总胆固醇 (TCHO) 测定试剂盒 (酶法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	240ml/盒	231229	粤械注准 20172400246	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
21	总胆红素 (TBi1) 测定试剂盒 (钒酸盐氧化法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231226	粤械注准 20172400755	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
22	总胆汁酸 (TBA) 测定试剂盒 (循环酶法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	160ml/盒	231225	粤械注准 20172400247	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
23	高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定试剂盒 (直接法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	160ml/盒	231204	粤械注准 20172400249	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
24	谷氨酸脱氢酶 (GLDH) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100ml/盒	231208	粤械注准 20192400454	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
25	谷胱甘肽还原酶测定试剂盒 (谷胱甘肽底物法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100ml/盒 (R1: 2×40mL; R2: 2×10mL)	240108	粤械注准 20212400496	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
26	5' -核苷酸酶 (5' -NT) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	160ml/盒	231215	粤械注准 20172400752	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
27	L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	240103	粤械注准 20172400761	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

28	白蛋白 (ALB) 测定试剂盒 (溴甲酚绿法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	420ml/盒	240105	粤械注准 20172400751	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
29	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231226	粤械注准 20172400750	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
30	胆碱酯酶 (CHE) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231222	粤械注准 20172400746	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
31	低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定试剂盒 (直接法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	160ml/盒	240104	粤械注准 20172400252	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
32	甘油三酯 (TG) 测定试剂盒 (酶法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	240ml/盒	231229	粤械注准 20172400250	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
33	碱性磷酸酶 (ALP) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	225ml/盒	231225	粤械注准 20172400786	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
34	亮氨酸氨基肽酶 (LAP) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100ml/盒	240115	粤械注准 20192400458	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
35	前白蛋白 (PA) 测定试剂盒 (免疫比浊法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	160ml/盒	231220	粤械注准 20172400758	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
36	α -L-岩藻糖苷酶 (AFU) 测定试剂盒 (速率法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州市黄埔区市场监督管理局	R: 2x60ml, 校准品: 1x0.5ml, 质控品: 1x0.5ml	231221	国械注准 20213400316	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

37	一次性使用病毒采样管	广州市	广州杞梓生物科技发展有限公司	广州杞梓生物科技发展有限公司	2ml 100套/盒	20231003	粤穗械备 20200180号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
38	总蛋白测定试剂盒(双缩脲比色法)	广州市	广州市番禺区华鑫科技有限公司	广州市番禺区华鑫科技有限公司	70mlx5	231127	粤械注准 20162400350	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
39	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	广州市	广州市名加医疗器械制造有限公司	广州市名加医疗器械制造有限公司	麻醉机用波纹管带囊型: 1.2m	24022201	粤械注准 20192080098	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
40	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	150mL/盒	20231205	粤械注准 20162401423	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
41	甘油三酯测定试剂盒(GPO—PAP法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	120mL/盒	20240104	粤械注准 20162401426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
42	总胆固醇测定试剂盒(CHOD—PAP法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	120mL/盒	20240104	粤械注准 20162401507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
43	直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	150mL/盒	20240117	粤械注准 20162401428	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
44	L—γ—谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	150mL/盒	20231226	粤械注准 20162401424	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
45	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	240mL/盒	20231204	粤械注准 20162401533	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
46	前白蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	160mL/盒	20231228	粤械注准 20162401528	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

47	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	150mL/盒	20240103	粤械注准 20162401429	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
48	总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	160mL/盒	20231213	粤械注准 20162401433	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
49	总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	150mL/盒	20231201	粤械注准 20162401615	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
50	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	240mL/盒	20231215	粤械注准 20162401430	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
51	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法—过氧化氢酶清除法)	广州市	广州市伊川生物科技有限公司	广州市伊川生物科技有限公司	160mL/盒	20240108	粤械注准 20162401512	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
52	气囊式体外反搏装置	广州市	广州市忆典医疗器械有限公司	广州市忆典医疗器械有限公司	SECP-III型	F3-23011	国械注准 20143092221	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
53	一次性使用采样器	广州市	广州市准易科技有限责任公司	广州市准易科技有限责任公司	CY2-I	220925	粤穗械备 20201931号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
54	一次性无菌双腔支气管插管	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	左腔: 37Fr./普通型	20240127	粤械注准 20152080133	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
55	一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	儿童波纹型	20240117	粤械注准 20182080596	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
56	一次性使用口咽通气道	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	8cm/中央通道型	20240121	粤械注准 20182080769	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
57	一次性使用真空采血管	广州市	广州阳普医疗器械有限公司	广州阳普医疗器械有限公司	促凝管: 5ml	20240129	粤械注准 20182220376	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

58	一次性使用核酸检测专用采血管	广州市	广州阳普医疗器械有限公司	广州阳普医疗器械有限公司	5ml	20240129	粤械注准 20142220375	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
59	医用丁腈检查手套	广州市	山东英科医疗制品有限公司	广州市南沙区灵山医院	S 小码	NX003404	鲁潍械备 20180030号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
60	肺炎支原体IgM 抗体检测试剂(胶体金法)	广州市	珠海丽珠试剂股份有限公司	广州市丹蕾医疗器械有限公司	20 人份/盒(卡型)	2401050520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
61	肺炎支原体IgM 抗体检测试剂(胶体金法)	广州市	珠海丽珠试剂股份有限公司	广州市第一人民医院南沙医院	20 人份/盒(卡型)	2401100520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
62	肺炎支原体IgM 抗体检测试剂(胶体金法)	广州市	珠海丽珠试剂股份有限公司	南方医科大学第五附属医院	20 人份/盒(卡型)	2312640520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
63	检查手套 Latex Examination Gloves	深圳市	备案人: PT. UNIVERSAL GLOVES; 代理人: 艾迈柯思贸易(上海)有限公司	深圳市妇幼保健院	无粉 M	033C9066	国械备 20160956 号	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 上海市医疗器械检验研究院	符合	/
64	髌关节假体(部件名称: 股骨柄)	深圳市	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	4	HA23	国械注准 20183131639	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
65	髌关节假体(部件名称: 股骨柄)	深圳市	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	7	IC07	国械注准 20223400346	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
66	髌关节假体(部件名称: 股骨柄)	深圳市	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	6	HA23	国械注准 20223400346	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
67	一次性套管穿刺器	深圳市	联合微创医疗器械(深圳)有限公司	联合微创医疗器械(深圳)有限公司	UNTR-II 10mm×100mm	U24010819	粤械注准 20202021943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
68	一次性内窥镜穿刺器	深圳市	联合微创医疗器械(深圳)有限公司	联合微创医疗器械(深圳)有限公司	BTRDSB 5mmx10mm	U24010818	粤械注准 20142020240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
69	球囊加压装置	深圳市	深圳安特医疗股份有限公司	深圳安特医疗股份有限公司	ID-1000	23122232	粤械注准 20172030738	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

70	牙种植体系 系统	深圳市	深圳安特医疗股 份有限公司	深圳安特医 疗股份有限 公司	1001.471 1 ϕ 14.7 \times 11.0	24011432	国械注准 20193171979	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
71	一次性使用 引流导管及 附件	深圳市	深圳库珀医疗股 份有限公司	深圳库珀医 疗股份有限 公司	DC-0820	C32332010 1	国械注准 20173140217	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
72	气管插管	深圳市	深圳库珀医疗股 份有限公司	深圳库珀医 疗股份有限 公司	TT-III -7.0	C32330720 3	粤械注准 20172081651	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
73	一次性使用 压力传感器	深圳市	深圳库珀医疗股 份有限公司	深圳库珀医 疗股份有限 公司	PT-1	C32328510 1	国械注准 20173070980	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
74	乳酸脱氢酶 测定试剂盒 (IFCC推荐 法)	深圳市	深圳蓝韵生物医 疗科技有限公司	深圳蓝韵生 物医疗科技 有限公司	R1:4 \times 32 mL, R2:4 \times 8 mL	20240219	粤械注准 20162401284	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
75	腺苷脱氨酶 测定试剂盒 (过氧化物 酶法)	深圳市	深圳蓝韵生物医 疗科技有限公司	深圳蓝韵生 物医疗科技 有限公司	R1: 1 \times 30 mL, R2: 1 \times 15mL	20240109	粤械注准 20202400556	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
76	总胆红素(T -Bi1)测定 试剂盒(钒酸 盐氧化法)	深圳市	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有 限公司	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	296ml R1: 4x58ml, R 2: 2x32ml	140623017	粤械注准 20172400973	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
77	总胆汁酸 (TBA)测定 试剂盒(循环 酶法)	深圳市	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有 限公司	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	244ml R1: 4x45ml, R 2: 2x32ml 校准品: 1x1.5ml	143224002	粤械注准 20172400979	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
78	直接胆红素 (D-Bi1)测 定试剂盒(钒 酸盐氧化法)	深圳市	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有 限公司	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	296ml R1: 4x58ml, R 2: 2x32ml	140724001	粤械注准 20172400974	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
79	总胆固醇 (TC)测定试 剂盒(氧化酶 法)	深圳市	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有 限公司	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	360ml R: 6x60ml	141623017	粤械注准 20172400972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

80	总蛋白 (TP) 测定试剂盒 (双缩脲法)	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	308ml R1: 4x60ml, R2: 4x17ml	48623015	粤械注准 20192400798	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
81	白蛋白测定试剂盒 (溴甲酚绿法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R: 1×60 mL	20240115	粤械注准 20212400441	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
82	总胆红素测定试剂盒 (钒酸盐氧化法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×60 mL、R2: 1×15 mL	20230819	粤械注准 20212400981	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
83	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒 (GCANA 底物法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×60 mL、R2: 1×15 mL	20231129	粤械注准 20212401108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
84	碱性磷酸酶测定试剂盒 (NPP 底物—AMP 缓冲液法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×60 mL、R2: 1×15 mL	20231202	粤械注准 20212400610	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
85	总胆汁酸 (TBA) 测定试剂盒 (酶循环法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×45 mL、R2: 1×15 mL	20231211	粤械注准 20202401909	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
86	总胆固醇测定试剂盒 (CHOD—PAP 法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R: 1×60 mL	20240118	粤械注准 20212401110	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
87	甘胆酸 (CG) 测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×30 mL、R2: 1×10 mL	20231123	粤械注准 20202401046	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
88	乳酸脱氢酶测定试剂盒 (乳酸底物法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×50 mL、R2: 1×10 mL	20231111	粤械注准 20212400980	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
89	甘胆酸 (CG) 测定试剂盒 (均相酶免疫法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×40 mL、R2: 1×10 mL	2024-01-26	粤械注准 20202401040	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

90	甘油三酯测定试剂盒 (GPO—PAP法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R: 1×60 mL	2024-01-10	粤械注准 20212401109	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
91	直接胆红素测定试剂盒 (钒酸盐氧化法)	深圳市	深圳上泰生物工程有限公司	深圳上泰生物工程有限公司	R1: 1×60 mL、R2: 1×15 mL	2023-12-07	粤械注准 20212400552	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
92	一次性使用无菌注射器带针	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	20mL	23020802	国械注准 20153141830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
93	直接胆红素 (D—BIL) 测定试剂盒 (化学氧化法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023102305	粤械注准 20162400563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
94	总胆固醇 (CHOL) 测定试剂盒 (COD—PAP法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023121509	粤械注准 20162400561	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
95	甘胆酸 (CG) 测定试剂盒 (均相酶免法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	R1: 1×40 mL R2: 1×10 mL	2024010403	粤械注准 20172400916	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
96	甘油三酯 (TG) 测定试剂盒 (GPO—PAP法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023101204	粤械注准 20162400545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
97	高密度脂蛋白胆固醇 (HDL—C) 测定试剂盒 (选择性抑制法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	120mL (R1: 2×45 mL R2: 3×10mL)	2023091907	粤械注准 20162400562	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
98	前白蛋白 (PA) 测定试剂盒 (免疫透射比浊法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	120mL (R1: 2×45mL R2: 3×10mL)	2023111303	粤械注准 20162400574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
99	乳酸脱氢酶 (LDH) 测定试剂盒 (乳酸→丙酮酸连续监测法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023121001	粤械注准 20162400570	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

100	天门冬氨酸 氨基转移酶 (AST)测定 试剂盒(IFCC 推荐法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	200mL(R1 :4×40 mL R2:2×20 mL)	202312230 4	粤械注准 20162400567	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
101	5'—核苷酸 酶(5'—NT) 测定试剂盒 (酶比色法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	R1: 3×40 ml R2: 2 ×20 ml	202307140 3	粤械注准 20172400886	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
102	胆碱脂酶 (CHE)测定 试剂盒(速率 法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	50mL(R1: 1×40ml R2: 1× 10ml)	202309250 3	粤械注准 20162400575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
103	白蛋白(ALB) 测定试剂盒 (溴甲酚绿 法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	300mL(6 ×50ml) 校准品: 1 ×1ml	202310300 5	粤械注准 20162400569	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
104	腺苷脱氨酶 (ADA)测定 试剂盒(酶比 色法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	R1: 3×40 ml R2: 2 ×20 ml 校准品: 1 ×1 ml	202320703	粤械注准 20172400884	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
105	总胆汁酸 (TBA)测定 试剂盒(循环 酶法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	120mL(R1 : 2× 45ml R2: 3×10ml) 校准品: 1 ×1ml	202311140 3	粤械注准 20162400544	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
106	总蛋白(TP) 测定试剂盒 (双缩脲比 吸光度法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	300mL(6 ×50ml) 校准品: 1 ×1mL	202310230 3	粤械注准 20162400552	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
107	低密度脂蛋 白胆固醇 (LDL—C)测 定试剂盒(直 接测定法)	深圳市	深圳市锦瑞生物 科技股份有限公司	深圳市锦瑞 生物科技股份 有限公司	120mL(R1 : 2× 45ml R2: 3×10ml)	202311230 4	粤械注准 20162400568	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

108	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定试剂盒 (IFCC 推荐法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023111004	粤械注准 20162400553	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
109	γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定试剂盒 (IFCC 推荐法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023122206	粤械注准 20162400578	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
110	总胆红素 (T-BIL) 测定试剂盒 (化学氧化法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023121104	粤械注准 20162400573	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
111	碱性磷酸酶 (ALP) 测定试剂盒 (IFCC 推荐法)	深圳市	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	200mL (R1: 4×40 mL R2: 2×20 mL)	2023112003	粤械注准 20162400560	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
112	一次性使用腹腔镜用穿刺器	深圳市	深圳市世格创新医疗科技有限公司	深圳市世格创新医疗科技有限公司	T05100V	TLT20231102	粤械注准 20202022134	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
113	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	NCRX 3.5X15	SM623471	国械注准 20193030800	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
114	球囊扩张导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	RX 2.5X16	SM623514	国械注准 20193030947	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
115	一次性使用有创压力传感器	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	DPT-01	SM624026	国械注准 20173074674	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
116	PTCA 导丝	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	PGW-1419 0-02	SM623362	国械注准 20203030449	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
117	球囊加压装置	深圳市	深圳市听力医疗设备开发有限公司	深圳市听力医疗设备开发有限公司	SM-ID-A2 530H-TB	A16240A	粤械注准 20182031084	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
118	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 (CNPF 底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×20 mL	544230301	国械注准 20213400359	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

119	5' 一核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×40 mL, R2: 1×20 mL	564230201	粤械注准 20202401900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
120	前白蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×12 mL	542230101	粤械注准 20202400968	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
121	直接胆红素测定试剂(盒)(钒酸盐氧化法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	514230201	粤械注准 20162400294	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
122	总蛋白测定试剂(盒)(双缩脲法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R: 1×60 mL	515230301	粤械注准 20162400295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
123	氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×12 mL	541230501	粤械注准 20202401408	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
124	总胆红素测定试剂(盒)(钒酸盐氧化法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	513230201	粤械注准 20162400303	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
125	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂(盒)(天门冬氨酸底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	510230201	粤械注准 20162400319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
126	丙氨酸氨基转移酶测定试剂(盒)(丙氨酸底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	509230301	粤械注准 20162400301	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

127	总胆汁酸测定试剂(盒) (酶循环法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×20 mL	508230201	粤械注准 20162400306	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
128	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂(盒) (直接消除法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×20 mL	502230201	粤械注准 20162400297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
129	总胆固醇测定试剂(盒) (CHOD—PAP法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	503230201	粤械注准 20162400308	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
130	甘油三酯测定试剂(盒) (GPO—PAP法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	504230201	粤械注准 20162400293	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
131	乳酸脱氢酶测定试剂(盒) (乳酸底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	523230201	粤械注准 20162400296	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
132	白蛋白测定试剂(盒) (溴甲酚绿法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R: 1×60 mL	516230401	粤械注准 20162400298	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
133	胆碱酯酶测定试剂盒 (丁酰硫代胆碱底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×12 mL	563230101	粤械注准 20212400895	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
134	γ—谷氨酰基转移酶测定试剂(盒) (GCANA底物法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	512230201	粤械注准 20162400309	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

135	碱性磷酸酶测定试剂(盒)(NPP底物—AMP缓冲液法)	深圳市	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	R1: 1×60 mL, R2: 1×15 mL	511230201	粤械注准 20162400307	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
136	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	227-08-6-2/2.75mm×8mm	F422311004	国械注准 20223031188	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
137	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	220-15-9-1	F202402010	国械注准 20203030319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
138	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	220-20-9-2	F432403003	国械注准 20223031172	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
139	一次性使用导引导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	76UB-4000-7-3	F122311026	国械注准 20183030276	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
140	一次性使用球囊扩张导管	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SCW25015	324032334	国械注准 20213031034	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 山东省医疗器械和药品包装检验研究院	符合	/
141	一次性使用无菌血管内导管: 造影导管	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SCW-STR-05090	324024342	国械注准 20173034506	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 山东省医疗器械和药品包装检验研究院	符合	/
142	一次性使用椎体成形扩张器组件	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	KQ-02	324027339	粤械注准 20222040371	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
143	一次性使用椎骨穿刺针	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	ZC-03	324030336	粤械注准 20222040274	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
144	一次性使用病毒采样管	深圳市	深圳市梓健生物科技有限公司	深圳市梓健生物科技有限公司	灭活型 50支/盒 VI 15-6-50	20231201-01	粤深械备 20190041号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
145	核酸提取或纯化试剂	深圳市	深圳市梓健生物科技有限公司	深圳市梓健生物科技有限公司	64反应/盒 A型(预分装)	20231201-01	粤深械备 20180040号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
146	一次性使用颅骨钻头	深圳市	深圳长久康联生物科技有限公司	深圳长久康联生物科技有限公司	CZ-III -8.9*12	ZT24011901	粤械注准 20232030890	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

147	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	为泰医疗器械(深圳)有限公司	为泰医疗器械(深圳)有限公司	YAN20020	F232401054	国械注准20223031770	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
148	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	深圳市	珠海丽珠试剂股份有限公司	深圳市大鹏新区葵涌人民医院(三溪高源社区健康服务中心)	20人份/盒(卡型)	2312610520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
149	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	深圳市	珠海丽珠试剂股份有限公司	香港大学深圳医院	20人份/盒(卡型)	2401050520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
150	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	珠海市	珠海丽珠试剂股份有限公司	珠海市中心医结合医院	40人份/盒(卡型)	2312590540	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
151	谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(紫外酶法)	珠海市	珠海鑿联生物技术有限公司	珠海鑿联生物技术有限公司	200mL(R1:40mL×4,R2:10mL×4)	20231201	粤械注准20222400678	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
152	甘油三酯测定试剂盒(甘油磷酸氧化酶法)	珠海市	珠海瑞贝生物科技有限公司	珠海瑞贝生物科技有限公司	R1:2×60ml,R2:2×15ml	240129-1	粤械注准20172401943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
153	总胆固醇测定试剂盒(CE—CO—POD酶法)	珠海市	珠海瑞贝生物科技有限公司	珠海瑞贝生物科技有限公司	R1:2×60ml,R2:2×20ml	240131-1	粤械注准20172401919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
154	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	汕头市	珠海丽珠试剂股份有限公司	汕头市金平区妇幼保健院	20人份/盒(卡型)	2312660520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
155	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	韶关市	珠海丽珠试剂股份有限公司	仁化县人民医院	20人份/盒(卡型)	2401080520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
156	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	韶关市	珠海丽珠试剂股份有限公司	韶关市优扬贸易有限公司	20人份/盒(卡型)	2401080520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

157	肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法)	梅州市	珠海丽珠试剂股份有限公司	嘉应学院医学院附属医院	20人份/盒(卡型)	2312610520	国械注准20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
158	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4×60ml、R2:4×15ml	240220	粤械注准20172401359	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
159	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4×60ml、R2:4×15ml	240530	粤械注准20172401388	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
160	总蛋白检测试剂盒(双缩脲法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R:5×60mL	233420	粤械注准20172401403	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
161	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(速率法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(速率法)	240240	粤械注准20172401380	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
162	胆碱酯酶检测试剂盒(速率法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4×60ml、R2:4×15ml	240260	粤械注准20172401372	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
163	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4×60ml、R2:4×20ml	233540	粤械注准20172401389	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
164	前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:2×60ml、R2:2×12ml	233460	粤械注准20172401375	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
165	乳酸脱氢酶检测试剂盒(速率法)	中山市	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4×60ml、R2:4×15ml	240080	粤械注准20172401370	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
166	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(速率法)	中山市	中山市创艺生化工程有限公司	中山市创艺生化工程有限公司	R1:3×65ml、R2:3×13ml	B240103JAN-1	粤械注准20192400619	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

167	总蛋白 (TP) 测定试剂盒 (双缩脲法)	中山市	中山市创艺生化工程有限公司	中山市创艺生化工程有限公司	4×50ml	B240124JU L-4	粤械注准 20192400627	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
168	骨水泥推送器	中山市	中山市世医堂医疗器械有限公司	中山市世医堂医疗器械有限公司	SYT—TSQ—15	TS-24-01-01	粤械注准 20142040028	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
169	一次性使用静脉留置针	江门市	广东龙心医疗器械有限公司	广东龙心医疗器械有限公司	II-B 24G ×0.75IN (0.7mm ×19mm)	20240119	国械注准 20173140504	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
170	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂 (胶体金法)	江门市	珠海丽珠试剂股份有限公司	鹤山市人民医院	20 人份/盒 (卡型)	2401080520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
171	空心接骨螺钉	佛山市	广东施泰宝医疗科技有限公司	广东施泰宝医疗科技有限公司	KXA 4.0*50	2404838	国械注准 20203130962	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
172	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂 (胶体金法)	阳江市	珠海丽珠试剂股份有限公司	阳西县国药基因医学检验实验室有限公司	20 人份/盒 (卡型)	2401080520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
173	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂 (胶体金法)	湛江市	珠海丽珠试剂股份有限公司	广东泰弘贸易有限公司	20 人份/盒 (卡型)	2312620520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
174	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂 (胶体金法)	清远市	珠海丽珠试剂股份有限公司	清远市清新区人民医院	20 人份/盒 (卡型)	2401050520	国械注准 20183400122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
175	核酸提取或纯化试剂	潮州市	潮州凯普生物化学有限公司	潮州凯普生物化学有限公司	磁珠法 R-9601-K 3B 型 192 人份/盒	C240101A	粤潮械备 20200023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
176	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试纸 (胶体金法)	深圳市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	试条 (RH-HCG-S)	20231202	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试剂盒 (胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

177	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	汕尾市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	广东立德药业有限公司	试条(RH-HCG-S)	20231202	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
178	人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法)	汕尾市	万华普曼生物工程有限公司	海丰县源丰药店有限公司	条型:1人份/袋;100袋/盒	24020026	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
179	人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法)	汕尾市	万华普曼生物工程有限公司	海丰县源丰药店有限公司	条型:1人份/袋;100袋/盒	24010073	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
180	人绒毛膜促性腺激素(HCG)诊断试剂盒(胶体金法)(笔型)	汕尾市	天津亿康先达生物科技有限公司	广东立德药业有限公司	1人份/盒笔型	20231201	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
181	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法)	东莞市	蓝十字生物药业(北京)有限公司	东莞松山湖东华医院	条型:100人份/盒	20220903	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
182	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法)	珠海市	蓝十字生物药业(北京)有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	条型:100人份/盒	20231204	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
183	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	东莞市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	广东省东莞国药集团有限公司	试盒(RH-HCG-C)试盒(RH-HCG-C01)	20240125	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
184	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法)	深圳市	深圳市比特科技有限公司	深圳市民心大药房连锁有限公司	HCG-A02 1人份/盒	GA23D04	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

185	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	广州市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	南方医科大学第五附属医院	试条（RH-HCG-S）	20240122	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金免疫层析法）》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
186	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	广州市	润和生物医药科技（汕头）有限公司	广州市第一人民医院鹤洞分院	试条（RH-HCG-S）	20221010	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金免疫层析法）》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
187	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	广州市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	广州市从化区中医医院	条型 3.0mm, 25人份/筒	20230703	YY/T 1164-2021《人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金免疫层析法）》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
188	医用网式雾化器系统	深圳市	深圳摩尔雾化健康医疗科技有限公司	深圳摩尔雾化健康医疗科技有限公司	VN-01	202312001	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十七、网式雾化器”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
189	医用电子体温计	江门市	东阿阿华医疗科技有限公司	江门市新会区会城惠德堂大药房	TDB-1	2305050782（编号） /23052501（批号）	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
190	医用电子体温计	汕头市	东阿阿华医疗科技有限公司	汕头市永生堂医药有限公司城南分店	TDB-1	2304020907（编号） /23041907（批号）	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

191	医用电子体温计	英德市	广州市倍尔康医疗器械有限公司	清远大参林连锁药店有限公司英德城北分店	DT001	231200479	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
192	电子体温计	深圳市	欧姆龙(大连)有限公司	国药控股大药房(深圳)连锁有限公司凤凰路分店	MC-246	20240111LF(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
193	医用红外体温计	珠海市	深圳市家康科技有限公司	珠海市康美来医药连锁有限公司德昌盛景分店	FR800	B21014703473(编号)/B210147(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
194	红外线体温计	佛山市	东莞市振海电子科技有限公司	海王星辰汾江西分公司	HTD8813C	A2212044CX68723(编号)/A22CX15(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
195	电子体温计	汕尾市	浙江健拓医疗仪器科技有限公司	广东立德药业有限公司	DMT-101	DMT-1012301937721899(编号)/230109(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

196	电子体温计	深圳市	欧姆龙（大连）有限公司	深圳市愉康大药房连锁有限公司南山一分店	MC-246	20230705L F	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
197	医用电子体温计	深圳市	东阿阿华医疗科技有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	TDB-1	240101656 4(编号)/24011 104(批号)	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
198	网式雾化器	广州市	广州雪利昂生物科技有限公司	广州雪利昂生物科技有限公司	HLO-WH10 0A	022311080 005J3F9 (编号) 20231108 (批号)	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十七、网式雾化器”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
199	电子体温计	深圳市	欧姆龙（大连）有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司海月健康药房	TF11	20240206L F	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
200	医用电子体温计	汕尾市	东阿阿华医疗科技有限公司	广东和兴堂医药科技有限公司汕尾市城区康民分店	TDB-1	230313063 1(编号) /23032803 (批号)	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

201	电子体温计	信宜市	广州爱芯达电子有限公司	茂名谊福药业有限公司	AXD-202	202304110 093061(编号) /20230411 009(批号)	粤药监办执法 (2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
202	电子体温计	信宜市	广东健奥科技有限公司	广东广和堂医药有限公司	T12L	12L23000 (编号) /T231106 (批号)	粤药监办执法 (2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
203	非接触式红外体温计	汕头市	广州市倍尔康医疗器械有限公司	汕头市澄海区安正医药有限公司	JXB-188	230400287	粤药监办执法 (2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
204	电子体温计	汕尾市	杭州广发电子技术有限公司	广东汇得药业有限公司	MT-502A	086186(编号) /20221225 (批号)	粤药监办执法 (2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
205	医用电子体温计	龙川县	广州市倍尔康医疗器械有限公司	河源大参林药店有限公司龙川东风西路分店	DT008	221200894 (批号)	粤药监办执法 (2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

206	医用红外体温计	龙门县	深圳市家康科技有限公司	龙门泰康药业有限公司 龙江分店	FR800	B21014702539(编号) /B210147(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
207	网式雾化器	深圳市	健康元药业集团股份有限公司 (受托生产企业:深圳来福士雾化医学有限公司)	健康元药业集团股份有限公司	Air 360 mini+T	2024011763T(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十七、网式雾化器”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
208	电子体温计	鹤山市	欧姆龙(大连)有限公司	鹤山市三明医药连锁有限公司铁夫路分店	MC-145H	20240130LF(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
209	电子体温计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳市立丰大药房有限公司合水口七分店	T104	E23A0114008(编号) /P23011000(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
210	电子体温计	东莞市	欧姆龙(大连)有限公司	广东省东莞国药集团仁济堂药业有限公司	MC-246	20230803LF(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

211	数字式电子体温计	江门市	深圳市家康科技有限公司	江门市江海区万和堂药店	MT-JC218	/	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
212	非接触式红外体温仪	汕头市	广州市倍尔康医疗器械有限公司	汕头市大参林连锁药店有限公司潮南区峡山义英分店	JXB-308	C00231010057(编号)/231000401(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
213	电子体温计	鹤山市	广东健奥科技有限公司	鹤山市三明医药连锁有限公司铁夫路分店	T15SC	T231244(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
214	电子体温计	清远市	广东健奥科技有限公司	清远百康大药房医药有限公司清城澜水店	T12	1222001493925(编号)/T221259(批号)	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
215	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	20g	20220323	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
216	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	膝盖部位型 30g	20220216	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
217	冷敷凝胶	肇庆市	武汉彩芝堂生物医药有限公司	/	膝盖部位型 30ml	23032401	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

218	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	腰椎部位型, 30g	20220320	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
219	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	膝盖部位型, 30g	20220320	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
220	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	膝盖部位型, 30g	20220320	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
221	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	20g	20220323	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
222	冷敷凝胶	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	20g	20220323	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
223	冷敷凝胶	肇庆市	山西健康之路医疗器械有限公司	/	腱鞘炎型, 30mL	2023 05 05	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
224	冷敷凝胶	肇庆市	山西健康之路医疗器械有限公司	/	足跟部位型 喷雾装 30mL	2023 05 05	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
225	冷敷凝胶	肇庆市	山西健康之路医疗器械有限公司	/	颈椎部位型 喷雾装 30mL	2023 05 05	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
226	冷敷凝胶	肇庆市	山西健康之路医疗器械有限公司	/	膝盖部位型 30mL	2023 05 05	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
227	穴位压力刺激贴	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	耳部穴位贴 95mm × 130mm	2023 06 02	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

228	穴位压力刺激贴	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	耳部穴位贴 95mm×130mm	2023 06 02	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
229	穴位压力刺激贴	肇庆市	福建奥言集团有限公司	/	7cm×7cm	2023.02.03	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
230	穴位磁疗贴	肇庆市	山西健康动力医疗科技有限公司	/	型号：I 型，规格：50mm×70mm 磁片直径 3~13mm	20230103	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
231	穴位压力刺激贴	肇庆市	福建奥言集团有限公司（受托生产企业：山东盛达医疗用品有限公司）	/	膝盖穴位贴 95mm×130mm	20230505	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
232	远红外理疗贴	肇庆市	日照海旭医疗器械有限公司	/	HX-A 95mm×130mm	23010909A	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
233	腹部穴位压力贴	肇庆市	海西梦么多健藏药科技有限公司（受托生产企业：青海奇力康医疗器械有限公司）	/	V 型 7cm×9cm	230204003	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
234	穴位压力刺激贴	珠海市	有邦医疗科技（云南）有限公司	珠海市健春堂药业有限公司江湾店	头部型。圆形，直径 3.0cm。	240101	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
235	穴位压力刺激贴	信宜市	青海珠韵顿珠医疗器械有限公司（受托生产企业：江苏奇力康皮肤药业有限公司）	茂名大参林连锁药店有限公司信宜新里旧车站分店	Φ1.8cm	23121309	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

236	穴位压力刺激贴	信宜市	青海珠韵顿珠医疗器械有限公司（受托生产企业：江苏奇力康皮肤药业有限公司）	茂名高济医药连锁有限公司信宜江湾邦健药店	Φ1.8cm	23101715	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
237	医用退热贴	汕尾市	广东康必健医疗科技有限公司	广东立德药业有限公司	小羚羊型：50mm×115mm(±5mm)	240116	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
238	医用退热贴	汕尾市	桂林天和药业伊维有限公司（受托生产企业：扶桑帝药（青岛）有限公司）	广东立德药业有限公司	120mm×50mm	20230302	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
239	医用退热贴	深圳市	赣州雅佛生物材料有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	III型 50mm×120mm	2302061	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
240	医用退热贴	深圳市	浙江银达生物技术有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	异型 120mm×50mm	20230406	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
241	医用穴位贴	深圳市	青海藏爱健康产业有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	咽扁型 5贴/袋×1袋/盒 (7cm×7cm)	23090701	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
242	医用退热贴	深圳市	广东达成弘业生物科技有限公司	深圳市健鹏医药有限公司	弹力透气型 120mm×50mm	2023080502	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
243	医用退热贴	汕尾市	佛山冰加退热贴有限公司	海丰县源丰药店有限公司	通用型 120mm×50mm	20240122	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
244	砭贴	清远市	青岛海脉国际医疗健康产业有限责任公司	清远百康大药房医药有限公司清城澜水店	穴位型 贴剂：7cm×7cm	20231202	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

245	医用退热贴	汕尾市	苏州乐泰医疗科技有限公司	广东汇得药业有限公司	见型号规格或其它说明	23050516	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
246	医用退热贴	汕尾市	赣州雅佛生物器材有限公司	广州集和堂大药房连锁有限公司汕尾市城区兴康分店	III型 50mm× 120mm	2401057	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
247	砭贴	东莞市	百年合纵药业（贵州）有限公司	东莞市寮步福灿药店	足部型 2cm× 7cm/贴× 6贴/盒	20240201	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
248	医用退热贴	东莞市	池田制药株式会社	广东省东莞国药集团长安医药有限公司医药综合商场	通用型 120mm× 50mm	T620D	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
249	砭贴	广州市	青岛海脉国际医疗健康产业有限责任公司	广州市荔湾区众翔菊和药店（个人独资）	穴位型 贴剂：7cm ×7cm	20230601	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
250	医用退热贴	汕头市	河南羚锐制药股份有限公司	汕头市良德医药连锁有限公司汕尾分店	50mm× 120mm	230617	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
251	砭贴	佛山市	本草世家（湖北）医药科技有限公司	佛山市一宝堂药业有限公司	2cm×2cm ×2贴/袋 ×3袋/盒	20240302	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
252	筋骨康医用冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	舒筋活络 型 20g	20230111	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
253	冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	腰椎部位 型 30ml	20230202	《贴敷类医疗器械中17种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

254	冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	膝盖部位型 30ml	20230202	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
255	冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	颈椎部位型 30ml	20230202	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
256	冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	腱鞘炎型 30ml	20230202	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
257	冷敷凝胶	广州市	山西健康之路医疗器械有限公司	广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队	腰椎部位型 20g	20230627	《贴敷类医疗器械中 17 种化学药物识别及含量测定补充检验方法》	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
258	可吸收性外科缝线	清远市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广东金泽康贸易有限公司	3-0 紫色 90cm ▼ 3/8 7×19 24mm ▼	18A0106AJ	粤药监办执法（2024）77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
259	可吸收性外科缝线	广州市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广州市穗雅医院（有限合伙）	5-0 紫色 90cm ● 1/2 4×8 13mm ●	18Z1219AJ	粤药监办执法（2024）77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
260	可吸收性缝线	揭阳市	Ethicon, LLC 爱惜康有限责任公司	揭阳市人民医院	VR917	AU6512	粤药监办执法（2024）77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

261	可吸收外科缝线	高州市	B. Braun Surgical SA	高州市人民医院	C0068557 (线1#)	723372	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
262	可吸收性外科缝线	揭阳市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心	2-0 90cm 紫色 LJH205	66Z0530A	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
263	可吸收性外科缝线	兴宁市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广东锦华贸易有限公司	2-0 90cm 紫色 LJH205	66Z1201B	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
264	可吸收性缝线	茂名市	Ethicon, Inc. 爱惜康股份有限公司	茂名市电白区人民医院	VCP310H 4-0	TM2ALZ	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
265	合成可吸收性外科缝线	揭阳市	Covidien llc	揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心	CL923	A2K0473Y	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

266	可吸收性外科缝线	佛山市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	佛山中大口腔医院有限公司	4-0 紫色 90cm ▼ 3/8 7×17 22mm ▼	18Z1021BJ	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
267	可吸收性外科缝线	东莞市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	东莞东城非凡美容医院	3-0 紫色 75cm ▼ 1/2 7×17 27mm ▼	18Y1206AJ	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
268	可吸收性外科缝线	东莞市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	东莞东城非凡美容医院	5-0 紫色 90cm ▼ 3/8 4×10 13mm ▼	18A0106AJ	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
269	合成可吸收性外科缝线	东莞市	Covidien llc	东莞市谢岗医院	GL181	A3H2168Y	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
270	可吸收性缝线	佛山市	Ethicon, LLC 爱惜康有限责任公司	佛山市顺德区伦教医院	W9932	AV0392	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

271	可吸收性外科缝线	乐昌市	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐昌市第二人民医院	1 紫色 90cm ● 1/2 13× 33 52mm●	18Z0203BJ	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
272	可吸收缝合线	梅州市	Covidien llc	梅州市衡兴医疗器械有限公司	VLOCL031 5	A4A2026VY	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“八、可吸收缝线”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
273	砭贴	汕头市	西藏传灵药业有限公司	汕头市新西华药业有限公司	颈肩腰腿 型 100mm ×130mm/ 贴×2 贴/ 袋×3 袋/ 盒	20240101	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
274	医用退热贴	东莞市	河南羚锐制药股份有限公司	东莞齐华祥医药有限公司	50mm× 120mm	230701	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
275	医用退热贴	佛山市	佛山市怡创生化科技有限公司	佛山市高明区明城镇庆健大药房	普通型 TR-120mm ×50mm	202308231	粤药监办执法 (2024) 77 号文附件 1《2024 年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

276	醒脑穴位贴	东莞市	海西梦么多健藏药科技有限公司	广东仁正医药股份有限公司	I型 Φ 2.0cm	24010619	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
277	穴位压力刺激贴	东莞市	河南海易康药业有限公司	广云堂药业(广东)有限公司东莞道滘景福分店	8贴(8cm×10cm)/盒	20240102	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
278	穴位贴	兴宁市	青海御恩医疗器械有限公司	梅州市瑞和药业有限公司	颈肩腰腿部位型 10cm×13cm	20230701	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
279	穴位压力刺激贴	江门市	湖南今华生物科技有限公司	江门市新会区都会百姓药房	II型圆形(直径) 30mm	20240103	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
280	医用退热贴	深圳市	扶桑帝药(青岛)有限公司	深圳市联诚医药有限公司	85mm×40mm	230301	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

281	穴位压力刺激贴	鹤山市	湖南今华生物科技有限公司	鹤山市三明医药连锁有限公司中山路分店	II型圆形(直径)30mm	20240103	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
282	医用退热贴	汕头市	佛山冰加退热贴有限公司	长康大药房连锁有限公司宝珠花园分店	通用型120mm×50mm	20221019	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
283	医用退热贴	鹤山市	佛山冰加退热贴有限公司	鹤山市三明医药连锁有限公司中山路分店	通用型120mm×50mm	20230704	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
284	医用退热贴	梅州市	山东盛凯源药业有限公司	梅州市君林医药有限公司	4.8cm×12cm。	240302	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
285	医用退热贴	深圳市	振德医疗用品股份有限公司(受托生产企业:扶桑帝药(青岛)有限公司)	深圳市仁德堂大药房有限公司	婴儿型5cm×8.5cm	202306251D4	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

286	穴位压力刺激贴	广州市	江苏弘生生物工程有限公司	广州佳康达医疗器械有限公司	I型 8cm×8cm	20240215A	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
287	医用退热贴	深圳市	合肥小林日用品有限公司	深圳市南北医药有限公司	儿童用8片装(2片/袋×4袋,规格尺寸:50mm×110mm)	20240226	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十六、一类敷贴类产品”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
288	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金法)	佛山市	青岛爱博检测科技有限公司	广东创美药业有限公司	单人份/盒(卡型)	011240202	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
289	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法)	惠东县	蓝十字生物药业(北京)有限公司	惠东县妇幼保健院	条型:100人份/盒	20240303	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
290	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法)	龙川县	蓝十字生物药业(北京)有限公司	龙川县中医院	条型3.0mm,25人份/筒	20231204	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

291	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	深圳市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司海月健康药房	试条（RH-HCG-S）	20240219	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
292	人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试纸盒（胶体金法）	揭阳市	广州万孚生物技术股份有限公司	揭阳市人民医院	条型 100人份/盒	W001308088	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
293	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	揭阳市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	揭阳市第三人民医院	条型：100人份/盒	20231204	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
294	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	揭阳市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	揭阳市慈云医院	条型：100人份/盒	20231003	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

295	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	广州市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	广东众翔药业连锁有限公司珠光大药房	试条（RH-HCG-S）	20240208	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
296	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法）	鹤山市	青岛爱博检测科技有限公司	鹤山市致和医药有限公司新业分店	卡型 单人份/盒	011340301	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
297	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	兴宁市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	梅州市瑞和药业有限公司	试条（RH-HCG-S）	20240208	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
298	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	兴宁市	湖北美宝生物科技股份有限公司	广东紫芝林连锁药业有限公司	板型, 1 人份/盒	20230701	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

299	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	湛江市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	广东春天一百连锁药店有限公司	试条（RH-HCG-S）	20240208	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
300	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	东莞市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	东莞市益正医药有限公司	试条（RH-HCG-S）	20240208	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
301	人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法）	湛江市	深圳市比特科技有限公司	广东春天一百连锁药店有限公司	HCG-A02 1人份/盒	GA23E15	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
302	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	茂名市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	茂名市电白区人民医院	条型 3.0mm, 25人份/筒	20240308	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

303	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	佛山市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	佛山市高明区计划生育服务站	条型：100人份/盒	20230605	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
304	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）	清远市	蓝十字生物药业（北京）有限公司	广东省妇幼保健院清远院区	条型：100人份/盒	20230211	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
305	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）	江门市	广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	广东满山红医药有限公司	试条（RH-HCG-S）	20240208	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十四、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
306	医用电子体温计	湛江市	广州市倍尔康医疗器械有限公司	广东春天一百连锁药店有限公司	DT007	221200554	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/
307	电子体温计	东莞市	欧姆龙（大连）有限公司	广东省东莞国药集团谢岗医药有限公司泰园药店	MC-246	20240126LF	粤药监办执法（2024）77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）	符合	/

308	医用电子体温计	恩平市	广州市倍尔康医疗器械有限公司	江门大参林药店有限公司恩平锦城北分店	DT008	221200895	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
309	电子体温计	江门市	广东健奥科技有限公司	江门市江海区民健大药房	T15SC	T230826	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
310	非接触式红外体温计	饶平县	广州市倍尔康医疗器械有限公司	饶平县康泰药店	JXB-178	221200933	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
311	红外体温计	惠州县	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	惠州市百姓缘医药有限公司桥头店	YT-2	230401	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/
312	电子体温计	湛江市	浙江健拓医疗仪器科技有限公司	湛江市普康大药房有限公司	DMT-1027	230619	粤药监办执法(2024)77号文附件1《2024年广东省医疗器械质量抽检产品检验方案》中“十五、医用体温计”的检验依据	深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)	符合	/

313	检查手套	深圳市	备案人: Mexpo International Inc. 美国美实保国际公司; 代理人: 百乐盛(厦门)进出口有限公司	深圳市宝安区妇幼保健院	特小	204150855 LLZA	国械备 20170549	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	老化前的扯断伸长率
314	高压氧舱用管路及其连接件	深圳市	深圳市源泰医疗器械有限公司	深圳市源泰医疗器械有限公司	G02	GA2305070 3	粤械注准 20192080767	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	气流阻力
315	硅酮疤痕凝胶	梅州市	苏州乐泰医疗科技有限公司	广东深华药业有限公司	NA-20	23062906	苏械注准 20192140261	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江苏省医疗器械检验所	不符合规定	装量
316	一次性使用穿刺器	惠州市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	WBT01101 0C	P2404011	粤械注准 20182020720	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	环氧乙烷残留量
317	一次性无菌鼻塞吸氧管	佛山市	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	佛山市南海区妇幼保健院	II型双腔式成人型 2.5m	230418	粤械注准 20182080995	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合规定	密闭性
318	一次性无菌鼻塞吸氧管	佛山市	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	暨南大学附属口腔医院	II型双腔式成人型 3m	230417	粤械注准 20182080995	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合规定	密闭性
319	医用橡胶检查手套	佛山市	南昌市江南诚医疗器械有限公司	佛山市康之美药业有限公司	有粉光面 7.5#中号	20221110	赣洪械备 20220595	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	不透水试验
320	医用重组III型人源胶原蛋白敷料	肇庆市	湖南益安生物科技有限公司	四会星面孔紫盈医疗美容门诊部	II型	20231027	湘械注准 20222140503	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 湖南省药品检验检测研究院	不符合规定	装量测量
321	医用橡胶检查手套	肇庆市	南昌伟众实业有限公司	怀集县长城医院	中号(M)	20220820	赣洪械备 20200344号	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	不透水试验
322	红外额温计	佛山市	湖南福达康医疗科技有限公司	佛山市高明区中亚药业有限公司	FT-F41	2212001	湘械注准 20212071166	原检机构: 深圳市医疗器械检测中心; 复检机构: 湖南省药品检验检测研究院	不符合规定	最大允许误差、自动关机功能